

Projekt:	Baustoffrecyclinganlage, Troisdorf	Anlage:	A
Inhalt:	Eichschein des Schallpegelmessgerätes	Projekt Nr.:	A4290
		Datum:	09.10.2014



Eichamt München-Traunstein

Local Verification Office

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer <i>Number</i>	E-0010/21-2/14
Gegenstand <i>Object</i>	Schallpegelmessgerät
Identifikation <i>Identification</i>	B&K 2250 Nr.: 2630339 ZC0032 Nr.: 11533 Mikrofon Typ 4189 Nr.: 2631476 Kalibrator 4231 Nr.: 2637163
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Brüel & Kjaer
Antragsteller <i>Applicant</i>	Graner + Partner Ingenieure Lichtenweg 15 - 17 51465 Bergisch Gladbach
Prüfverfahren <i>Test procedure</i>	Die Prüfung wurde gemäß den in der Bauartzulassung 21.21/05.02 genannten Unterpunkten der Norm DIN EN 60651 durchgeführt.
Ergebnis <i>Result</i>	Das Messgerät hält die Fehlergrenzen der in der Bauartzulassung genannten Punkte der Norm DIN EN 60651 ein.
Ort und Datum der Eichung <i>Place and date of verification</i>	München, 22.01.2014
Gültigkeit der Eichung bis <i>This verification is valid until</i>	Ende 2016
Stempelzeichen <i>Marking</i>	

Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn eine der in § 13 Absatz 1 der Eichordnung beschriebenen Veränderung eingetreten ist.

The validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in § 13 section 1 of the Eichordnung has occurred.

Eichscheine ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum <i>Place and date</i>	Dienstsiegel <i>Official stamp</i>	Sachbearbeiter <i>Official in charge</i>
München, 22.01.2014		Herr Preis <i>Mr</i>
Eichamt Regensburg-Ingolstadt Dienststelle Ingolstadt <i>Anh2 (07.2012_003)</i>	Gerhart-Hauptmann-Str. 69 85055 Ingolstadt	Telefon: 0841/95476-0 Telefax: 0841/95476-34 e-Mail: poststelle@ea-in.bayern.de

VMPA-Schallschutzprüfstelle nach DIN 4109
Prüfstelle nach §§ 26, 28 BImSchG

GRANER+PARTNER
I N G E N I E U R E
BERATUNG PLANUNG PRÜFUNG FORSCHUNG